

## 個別接種におけるワクチンの廃棄について



ターゲット 3.3

令和3年5月24日

郡山市新型コロナウイルス

ワクチン接種プロジェクトチーム

担当：薄 拓也

TEL：924-2222

SDGs ターゲット 3.3 「伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する」

市内医療機関において、個別接種用に保管していたワクチンが機器不良により廃棄となりました。  
その経緯については、以下のとおり

- 1 廃棄日 令和3年5月24日（月）
- 2 経緯
  - ・ 5/21（金）14：30頃 ワクチン入荷（2バイアル）  
※院内の冷蔵庫（1ドアの冷蔵庫で一部が冷凍）にて保管
  - ・ 5/22（土）9：00過ぎ 出勤した職員が冷蔵庫の異変に気付く  
※製氷皿の氷が一部溶けた状態だったため、ワクチンを別の冷蔵庫に移送  
※当初冷蔵庫内の温度は不明
  - ・ 5/24（月）現在 当初冷蔵庫の製氷機能は回復せず。
- 3 対応 5/21（金）からワクチンを保管していた冷蔵庫内に何らかの機器不良があり、温度管理が適切になされていなかった可能性があることから、保管していたワクチン（2バイアル）は廃棄することになりました。  
なお、接種予定であった12名に対しては、都合により接種が出来ない旨をお伝えし、了承を得たとのことです。