

令和元年度 郡山市家庭用飲用井戸水等の放射性物質検査結果について

1 検査期間

令和元年6月から令和元年12月

2 検査実施機関

郡山市保健所検査課

3 検査内容

(1)検査地点

郡山市内の家庭用飲用井戸水（湧水、表流水を含む。）160か所

(2)検査項目

セシウム134、セシウム137

(3)検査方法

水道水等の放射能測定マニュアルに準拠

4 検査結果の概要

全ての地点で放射性セシウムは検出されませんでした。

(検出下限値 それぞれ1ベクレル/kg以下)

地区	検査件数	水源の種類			検査結果
		地下水	表流水	湧水	
旧市内	19	19			検出せず
富田町	2	2			検出せず
大槻町	13	13			検出せず
安積町	9	9			検出せず
三穂田町	2	1	1		検出せず
逢瀬町	17	16		1	検出せず
片平町	3	3			検出せず
喜久田町	5	5			検出せず
日和田町	6	6			検出せず
富久山町	3	3			検出せず
湖南町	3	3			検出せず
熱海町	8	8			検出せず
田村町	36	35	1		検出せず
西田町	16	15		1	検出せず
中田町	18	14		4	検出せず
総数	160	152	2	6	

<参考>

- ・水道水等の放射能測定マニュアル（平成23年10月 厚生労働省健康局水道課）
- ・水道水中の放射性物質に係る目標値（平成24年3月5日付け健水発0305第1号厚生労働省健康局水道課長通知）は、「10ベクレル/kg」（セシウム134、セシウム137の合計値）

表. 検査結果一覧

No.	井戸等所在地	水源種類	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
			セシウム134	セシウム137	合計
1	並木四丁目 地内	地下水	0.776 未満	0.792 未満	検出せず
2	舞木町字平 地内	地下水	0.74203 未満	0.92604 未満	検出せず
3	阿久津町字石橋 地内	地下水	0.93425 未満	0.86971 未満	検出せず
4	大槻町字針生 地内	地下水	0.59518 未満	0.93532 未満	検出せず
5	桑野五丁目 地内	地下水	0.794 未満	0.923 未満	検出せず
6	西ノ内一丁目 地内	地下水	0.98038 未満	0.98334 未満	検出せず
7	水門町 地内	地下水	0.85995 未満	0.94800 未満	検出せず
8	大平町字前田 地内	地下水	0.806 未満	0.797 未満	検出せず
9	虎丸町 地内	地下水	0.91725 未満	0.79471 未満	検出せず
10	桑野三丁目 地内	地下水	0.726 未満	0.652 未満	検出せず
11	赤木町 地内	地下水	0.74405 未満	0.90007 未満	検出せず
12	咲田二丁目 地内	地下水	0.82507 未満	0.94456 未満	検出せず
13	横塚五丁目 地内	地下水	0.543 未満	0.790 未満	検出せず
14	下白岩町字竹下 地内	地下水	0.92507 未満	0.84932 未満	検出せず
15	亀田二丁目 地内	地下水	0.63258 未満	0.92168 未満	検出せず
16	大槻町字針生 地内	地下水	0.721 未満	0.938 未満	検出せず
17	白岩町字西田 地内	地下水	0.923 未満	0.925 未満	検出せず
18	桜木二丁目 地内	地下水	0.670 未満	0.904 未満	検出せず
19	荒井町字荒井 地内	地下水	0.818 未満	0.955 未満	検出せず
20	富田町字西原 地内	地下水	0.91520 未満	0.89126 未満	検出せず
21	富田町字向山 地内	地下水	0.676 未満	0.897 未満	検出せず
22	大槻町字花輪前 地内	地下水	0.761 未満	0.750 未満	検出せず
23	大槻町字御花畑 地内	地下水	0.71446 未満	0.91015 未満	検出せず
24	大槻町字久助林 地内	地下水	0.86903 未満	0.97407 未満	検出せず
25	大槻町字御花畑 地内	地下水	0.800 未満	0.870 未満	検出せず
26	大槻町字中柵 地内	地下水	0.99727 未満	0.94216 未満	検出せず
27	大槻町字松井東 地内	地下水	0.898 未満	0.944 未満	検出せず
28	堤二丁目 地内	地下水	0.844 未満	0.903 未満	検出せず
29	大槻町字御花畑 地内	地下水	0.746 未満	0.937 未満	検出せず
30	大槻町字前畑 地内	地下水	0.691 未満	0.852 未満	検出せず
31	大槻町字下新町 地内	地下水	0.983 未満	0.931 未満	検出せず
32	大槻町字大橋向山 地内	地下水	0.859 未満	0.878 未満	検出せず
33	大槻町字上前田 地内	地下水	0.672 未満	0.925 未満	検出せず
34	大槻町字室ノ木 地内	地下水	0.914 未満	0.963 未満	検出せず
35	安積町日出山三丁目 地内	地下水	0.859 未満	0.899 未満	検出せず
36	安積町日出山字一本松 地内	地下水	0.795 未満	0.863 未満	検出せず

表. 検査結果一覧

No.	井戸等所在地	水源種類	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
			セシウム134	セシウム137	合計
37	安積町日出山字大洲河原 地内	地下水	0.601 未満	0.759 未満	検出せず
38	安積町笹川字経蔵 地内	地下水	0.654 未満	0.731 未満	検出せず
39	安積町牛庭字真林 地内	地下水	0.565 未満	0.636 未満	検出せず
40	安積町牛庭字真林 地内	地下水	0.532 未満	0.776 未満	検出せず
41	安積町日出山字一本松 地内	地下水	0.581 未満	0.713 未満	検出せず
42	安積町牛庭三丁目 地内	地下水	0.683 未満	0.814 未満	検出せず
43	安積町荒井字十九夜 地内	地下水	0.81191 未満	0.92711 未満	検出せず
44	三穂田町富岡字新六銅屋 地内	表流水	0.657 未満	0.811 未満	検出せず
45	三穂田町駒屋字四十坦原 地内	地下水	0.762 未満	0.941 未満	検出せず
46	逢瀬町多田野字宮南 地内	地下水	0.837 未満	0.922 未満	検出せず
47	逢瀬町多田野字小林 地内	地下水	0.577 未満	0.705 未満	検出せず
48	逢瀬町多田野字寺向 地内	地下水	0.736 未満	0.851 未満	検出せず
49	逢瀬町河内字申久保 地内	地下水	0.93910 未満	0.76632 未満	検出せず
50	逢瀬町多田野字小林山 地内	地下水	0.52298 未満	0.95269 未満	検出せず
51	逢瀬町河内字原前館 地内	地下水	0.88038 未満	0.95182 未満	検出せず
52	逢瀬町多田野字棒芳 地内	地下水	0.81390 未満	0.91086 未満	検出せず
53	逢瀬町多田野字十文字 地内	地下水	0.93723 未満	0.81060 未満	検出せず
54	逢瀬町多田野字川向 地内	地下水	0.76613 未満	0.98527 未満	検出せず
55	逢瀬町多田野字北刎土原 地内	地下水	0.870 未満	0.851 未満	検出せず
56	逢瀬町河内字新小屋 地内	地下水	0.877 未満	0.925 未満	検出せず
57	逢瀬町河内字馬場川原 地内	地下水	0.788 未満	0.934 未満	検出せず
58	逢瀬町多田野字烏ヶ森 地内	地下水	0.897 未満	0.810 未満	検出せず
59	逢瀬町多田野字河田堀 地内	地下水	0.898 未満	0.904 未満	検出せず
60	逢瀬町河内字下滝 地内	湧水	0.729 未満	0.621 未満	検出せず
61	逢瀬町河内字下石田町 地内	地下水	0.772 未満	0.903 未満	検出せず
62	逢瀬町多田野字赤坂原 地内	地下水	0.781 未満	0.977 未満	検出せず
63	片平町字鳥戸 地内	地下水	0.555 未満	0.793 未満	検出せず
64	片平町字南万会 地内	地下水	0.59771 未満	0.91525 未満	検出せず
65	片平町字東極楽 地内	地下水	0.830 未満	0.906 未満	検出せず
66	喜久田町堀之内字空田 地内	地下水	0.703 未満	0.721 未満	検出せず
67	喜久田町字瓜坪屋敷 地内	地下水	0.532 未満	0.833 未満	検出せず
68	喜久田町字丸山 地内	地下水	0.739 未満	0.916 未満	検出せず
69	喜久田町堀之内字向原 地内	地下水	0.859 未満	0.887 未満	検出せず
70	喜久田町堀之内字堀内 地内	地下水	0.785 未満	0.727 未満	検出せず
71	日和田町高倉字上下岸 地内	地下水	0.829 未満	0.904 未満	検出せず
72	日和田町梅沢字衛門次郎原 地内	地下水	0.750 未満	0.846 未満	検出せず

表. 検査結果一覧

No.	井戸等所在地	水源種類	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
			セシウム134	セシウム137	合計
73	日和田町字寺池 地内	地下水	0.73550 未満	0.90646 未満	検出せず
74	日和田町字堀込 地内	地下水	0.75949 未満	0.98893 未満	検出せず
75	日和田町梅沢字稻荷山 地内	地下水	0.786 未満	0.799 未満	検出せず
76	日和田町梅沢字稻荷山 地内	地下水	0.688 未満	0.704 未満	検出せず
77	富久山町久保田字大原 地内	地下水	0.726 未満	0.791 未満	検出せず
78	富久山町福原字陣場 地内	地下水	0.751 未満	0.810 未満	検出せず
79	富久山町北小泉字屋敷内 地内	地下水	0.53799 未満	0.95414 未満	検出せず
80	湖南町舟津字日本一 地内	地下水	0.93586 未満	0.77970 未満	検出せず
81	湖南町中野字念仏壇 地内	地下水	0.49258 未満	0.93102 未満	検出せず
82	湖南町浜路字平林 地内	地下水	0.805 未満	0.938 未満	検出せず
83	熱海町石筵字瀬上 地内	地下水	0.93633 未満	0.92505 未満	検出せず
84	熱海町石筵字下道 地内	地下水	0.681 未満	0.869 未満	検出せず
85	熱海町石筵字萩岡 地内	地下水	0.84232 未満	0.94493 未満	検出せず
86	熱海町安子島字一本木 地内	地下水	0.792 未満	0.764 未満	検出せず
87	熱海町石筵字下道 地内	地下水	0.68190 未満	0.90459 未満	検出せず
88	熱海町安子島字上河原 地内	地下水	0.66287 未満	0.95503 未満	検出せず
89	熱海町石筵字的場 地内	地下水	0.825 未満	0.750 未満	検出せず
90	熱海町安子島字真弓山 地内	地下水	0.782 未満	0.900 未満	検出せず
91	田村町岩作字西川原 地内	地下水	0.551 未満	0.860 未満	検出せず
92	田村町糠塚字岩ヶ作 地内	地下水	0.822 未満	0.882 未満	検出せず
93	田村町守山字中町 地内	地下水	0.717 未満	0.712 未満	検出せず
94	田村町上道渡字久保内 地内	地下水	0.827 未満	0.914 未満	検出せず
95	田村町守山字大町 地内	地下水	0.562 未満	0.634 未満	検出せず
96	田村町守山字カカヤ坦 地内	地下水	0.600 未満	0.710 未満	検出せず
97	田村町谷田川字稻荷前 地内	地下水	0.722 未満	0.719 未満	検出せず
98	田村町御代田字遠北 地内	地下水	0.714 未満	0.642 未満	検出せず
99	田村町徳定字芋干場 地内	地下水	0.540 未満	0.590 未満	検出せず
100	田村町山中字枇杷沢 地内	地下水	0.792 未満	0.754 未満	検出せず
101	田村町岩作字唐松 地内	地下水	0.744 未満	0.677 未満	検出せず
102	田村町田母神字新屋敷 地内	地下水	0.749 未満	0.855 未満	検出せず
103	田村町大善寺字戸屋 地内	地下水	0.731 未満	0.641 未満	検出せず
104	田村町金屋字新家 地内	地下水	0.724 未満	0.689 未満	検出せず
105	田村町下道渡字寺内 地内	地下水	0.905 未満	0.952 未満	検出せず
106	田村町谷田川字柿人 地内	地下水	0.909 未満	0.966 未満	検出せず
107	田村町谷田川字石塚 地内	地下水	0.944 未満	0.888 未満	検出せず
108	田村町山中字上野 地内	地下水	0.567 未満	0.852 未満	検出せず

表. 検査結果一覧

No.	井戸等所在地	水源種類	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
			セシウム134	セシウム137	合計
109	田村町栃山神字東 地内	地下水	0.839 未満	0.819 未満	検出せず
110	田村町御代田字内手 地内	地下水	0.674 未満	0.756 未満	検出せず
111	田村町岩作字小人町 地内	地下水	0.690 未満	0.953 未満	検出せず
112	田村町山中字本郷 地内	地下水	0.680 未満	0.846 未満	検出せず
113	田村町小川字戸ノ内 地内	地下水	0.699 未満	0.831 未満	検出せず
114	田村町大善寺字割府 地内	地下水	0.680 未満	0.796 未満	検出せず
115	田村町岩作字東作田 地内	地下水	0.620 未満	0.659 未満	検出せず
116	田村町守山字扉田 地内	地下水	0.766 未満	0.857 未満	検出せず
117	田村町守山字中町 地内	地下水	0.804 未満	0.762 未満	検出せず
118	田村町谷田川字石塚 地内	地下水	0.881 未満	0.968 未満	検出せず
119	田村町細田字鍛冶内 地内	地下水	0.659 未満	0.788 未満	検出せず
120	田村町谷田川字樋ノ口 地内	地下水	0.783 未満	0.958 未満	検出せず
121	田村町栃山神字龍ヶ馬場 地内	地下水	0.822 未満	0.914 未満	検出せず
122	田村町上道渡字松台 地内	地下水	0.777 未満	0.827 未満	検出せず
123	田村町栃本字坂ノ下 地内	表流水	0.671 未満	0.972 未満	検出せず
124	田村町栃山神字大久保 地内	地下水	0.982 未満	0.854 未満	検出せず
125	田村町手代木字請地 地内	地下水	0.646 未満	0.815 未満	検出せず
126	田村町金屋字上川原 地内	地下水	0.796 未満	0.916 未満	検出せず
127	西田町丹伊田字高屋敷 地内	地下水	0.898 未満	0.847 未満	検出せず
128	西田町丹伊田字高屋敷 地内	湧水	0.924 未満	0.981 未満	検出せず
129	西田町丹伊田字宮作 地内	地下水	0.866 未満	0.977 未満	検出せず
130	西田町高柴字漆方 地内	地下水	0.919 未満	0.905 未満	検出せず
131	西田町三町目字鍋焼田 地内	地下水	0.696 未満	0.775 未満	検出せず
132	西田町大田字雪村 地内	地下水	0.948 未満	0.938 未満	検出せず
133	西田町土棚字式部内 地内	地下水	0.711 未満	0.788 未満	検出せず
134	西田町三町目字谷地 地内	地下水	0.698 未満	0.861 未満	検出せず
135	西田町高柴字富作 地内	地下水	0.787 未満	0.725 未満	検出せず
136	西田町高柴字富作 地内	地下水	0.661 未満	0.689 未満	検出せず
137	西田町鬼生田字町 地内	地下水	0.512 未満	0.595 未満	検出せず
138	西田町土棚字中野 地内	地下水	0.773 未満	0.856 未満	検出せず
139	西田町土棚字中野 地内	地下水	0.835 未満	0.893 未満	検出せず
140	西田町丹伊田字平光内 地内	地下水	0.805 未満	0.856 未満	検出せず
141	西田町三町目字大森 地内	地下水	0.530 未満	0.776 未満	検出せず
142	西田町高柴字柏崎 地内	地下水	0.836 未満	0.869 未満	検出せず
143	中田町下枝字館 地内	地下水	0.899 未満	0.752 未満	検出せず
144	中田町高倉字上沢又 地内	地下水	0.863 未満	0.896 未満	検出せず

表. 検査結果一覧

No.	井戸等所在地	水源種類	放射性セシウム (ベクレル/kg)		
			セシウム134	セシウム137	合計
145	中田町下枝字五百目 地内	地下水	0.959 未満	0.859 未満	検出せず
146	中田町赤沼字杉並 地内	地下水	0.750 未満	0.813 未満	検出せず
147	中田町赤沼字赤沼 地内	地下水	0.753 未満	0.982 未満	検出せず
148	中田町中津川字川田 地内	湧水	0.937 未満	0.750 未満	検出せず
149	中田町木目沢字五斗蒔田 地内	地下水	0.913 未満	0.844 未満	検出せず
150	中田町高倉字宮ノ脇 地内	地下水	0.837 未満	0.952 未満	検出せず
151	中田町下枝字富金 地内	地下水	0.684 未満	0.689 未満	検出せず
152	中田町中津川字五斗蒔 地内	地下水	0.859 未満	0.840 未満	検出せず
153	中田町下枝字松ノ木 地内	湧水	0.819 未満	0.795 未満	検出せず
154	中田町高倉字阿ノ山 地内	地下水	0.960 未満	0.826 未満	検出せず
155	中田町下枝字荒町 地内	湧水	0.930 未満	0.874 未満	検出せず
156	中田町柳橋字中倉 地内	地下水	0.908 未満	0.917 未満	検出せず
157	中田町中津川字野橋 地内	湧水	0.994 未満	0.925 未満	検出せず
158	中田町下枝字富金 地内	地下水	0.950 未満	0.967 未満	検出せず
159	中田町下枝字柏田 地内	地下水	0.720 未満	0.904 未満	検出せず
160	中田町黒木字宮ノ前 地内	地下水	0.824 未満	0.786 未満	検出せず

地区別検査結果

令和元年度 郡山市家庭用飲用井戸水等の放射性物質検査
検査実施期間：令和元年6月～令和元年12月
検査件数：160件



凡例： $\frac{\text{放射性セシウムの検出件数}}{\text{当該地区の検査件数}}$

